

Articolo **4112**



Categoria commerciale

GINOCCHIERE IN TESSUTO TRI-STRATO

Colore di vendita

NERO

Comp. Tessile

Esterno

POLIESTERE 90%

ELASTAN 10%

Interno

COTONE 65%

POLIAMMIDE 28%

ELASTAN 7%



Taglie di vendita

TAGLIE / SIZE		COLORE / COLOUR	
S	34-36	L	38-41
M	36-38	XL	41-44

Lavaggio

Lavare a mano a una temperatura massima di 40 °C.	Il capo non può essere trattato con candeggina, ovvero deve essere lavato solo con detersivo per colorati o per delicati.	Non stirare.	Non lavare a secco.	Asciugatura piatta.

Istruzioni lavaggio

Attenersi scrupolosamente a quanto riportato sull'etichetta del capo. Lavare con acqua e con sapone neutro, evitando l'uso di detersivi. Asciugare lontano da fonti di calore e non esporre ai raggi del sole.

Astuccio	Modalità di applicazione	Indicazioni	Avvertenze
	<p>Avvertenza importante: la regolazione della flessione estensione deve essere stabilita dal medico curante o da personale specialistico (la regolazione avviene posizionando le barrette nei gradi desiderati, vedi Fig. 1). Aprire le aperture: frontale superiore, posteriore inferiore ed i 2 tiranti. Indossare la ginocchiera posizionando correttamente la rotula nel foro. Chiudere l'apertura superiore e posteriore inferiore. Accertarsi che le stecche laterali siano parallele e che i due snodi coincidano con lo snodo del ginocchio. Richiudere i due tiranti inferiore e superiore, regolandoli alla tensione ottimale.</p> <p>Attenzione: una eccessiva compressione può produrre una non corretta circolazione sanguigna.</p> <p>SNODI POLICENTRICI REGOLABILI IN FLESSO-ESTENSIONE</p> <p>FIG.1</p>	<p>Post-operatorio dopo lesioni. Chirurgia dei legamenti crociati. Quando è richiesto un grado di controllo nella flessione estensione del ginocchio.</p>	<p>Per un impiego appropriato rivolgersi al personale medico e/o tecnico specialistico per la scelta del modello, taglia corretta, modo e tempi di utilizzo. Attenzione il dispositivo non è sterile. Non posizionare a contatto della pelle lesa. Non utilizzare pomate o unguenti a diretto contatto del dispositivo. Non modificare la struttura del dispositivo per non alterare la funzionalità dello stesso. I materiali utilizzati per la costruzione del dispositivo escludono, nella generalità dei casi a noi noti, l'insorgenza di effetti collaterali. Nel caso in cui dovessero manifestarsi effetti collaterali sospendere immediatamente l'utilizzo del dispositivo e rivolgersi al presidio medico.</p>